



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР



Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

Ф-ВП-ККТГ-05.01-09

ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
НА „ТОПЛИВО“ АД
Г-Н БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
Г-Н ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ
e-mail: vlasakov@toplivo.bg



Номер 84-01-700
Дата 25.09.2026

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОГАНЯН,
УВАЖАЕМИ Г-Н КОЗОВСКИ,

Уведомявам Ви, че с протокол за проверка и вземане на проба № В-0108/23.09.2026 г. бяха взети проби от автомобилен бензин, RON 95 и гориво за дизелови двигатели от Бензиностанция „Топливо 3925 Варна Владиславова“ №3925, стопанисвана от управляваното от Вас „ТОПЛИВО“ АД в гр. Варна.

В тази връзка приложено Ви изпращаме следните документи:

1. Копия от протоколи от изпитване №№ Р-0034-1/25.09.2026г., Р-0034-2/25.09.2026г.
2. Копия от експертни заключения за съответствие на точно гориво с изискванията за качество №№ ЕЗ-0728/25.09.2026г., ЕЗ-0729/25.09.2026г.
3. Копия от експертни заключения за съдържание на биогориво в точно гориво №№ ЕЗ-0728-Е/25.09.2026г., ЕЗ-0729-Б/25.09.2026г.

Приложение : съгласно текста.

С уважение,

Vangeliya
Georgieva Ivanova

Digitally signed by Vangeliya
Georgieva Ivanova
Date: 2026.09.25 15:17:14 +03'00'

инж. ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА
главен директор на ГД ККТГ



Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

Ф-ВП-ККТГ-05.01-28

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
за съответствие на течно гориво с изискванията за качество

№ЕЗ-0728/25.09.2026 г.

1. Вид течно гориво: Автомобилен бензин, RON 95.
2. Проверен обект: Бензиностанция „Топливо 3925 Варна Владиславово“ №3925 в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. „Янко Мустаков“.
3. Лице, разпространяващо течното гориво: „ТОПЛИВО“ АД, ЕИК 831924394.
4. Протокол за проверка и вземане на проба №В-0108/23.09.2026 г. на ГД ККТГ.
5. Декларация за съответствие: №3663/18.08.2026 г., издадена от „Сакса“ ООД.
6. Заявка за изпитване в подвижна лаборатория №Р-34/25.09.2026 г.
7. Протокол от изпитване в подвижна лаборатория №Р-0034-1/25.09.2026 г. на ЛИ ГСМП – ГД ККТГ, ДАМТН; Сертификат за акредитация от ИА БСА, рег. №35 ЛИ/27.02.2026 г., валиден до 30.10.2028 г.
8. Изисквания по: Чл. 6, т. 1 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (НИКТГУРНТК) (изм. и доп. ДВ бр. 40/2025 г.); Приложение №1.

9. Експертиза на резултатите:

Получените резултати от изпитването на течното гориво Автомобилен бензин, RON 95 са в допустимите гранични стойности, съгласно Приложение №1 от НИКТГУРНТК.

10. Заключение:

Течното гориво Автомобилен бензин, RON 95 по изпитаните показатели и получените резултати съответства на изискванията за качество в Приложение №1 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Това Експертно заключение се издава на основание чл. 30б, ал. 1, т. 7 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (изм. и доп. ДВ бр. 55/2026 г.), във връзка с чл. 22, ал. 4 от НИКТГУРНТК.

инж. ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА

гл. директор на ГД ККТГ

Съгласувал:

НИНА ГАНЕЦОВСКА

За началник на отдел КМ

съгл. Заповед №2010-664/31.08.2026 г.

Изготвил:

инж. НАДЕЛИНА ДЖУПАНОВА

гл. експерт в отдел КМ





Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

Ф-ВП-ККТГ-05.01-29

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
за съдържание на биогориво в течно гориво

№ЕЗ-0728-Е/25.09.2026 г.

1. Вид течно гориво: Автомобилен бензин, RON 95.
2. Проверен обект: Бензиностанция „Топливо 3925 Варна Владиславова“ №3925 в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. „Янко Мустаков“.
3. Лице, разпространяващо течното гориво: „ТОПЛИВО“ АД, ЕИК 831924394.
4. Протокол за проверка и вземане на проба №В-0108/23.09.2026 г. на ГД ККТГ.
5. Декларация за съответствие: №3663/18.08.2026 г., издадена от „Сакса“ ООД.
6. Заявка за изпитване в подвижна лаборатория №Р-34/25.09.2026 г.
7. Протокол от изпитване в подвижна лаборатория №Р-0034-1/25.09.2026 г. на ЛИГСМП – ГД ККТГ, ДАМТН; Сертификат за акредитация от ИА БСА, рег. №35 ЛИ/27.02.2026 г., валиден до 30.10.2028 г.
8. Изисквания по: Чл. 47, ал. 1, т. 7 и ал. 4 от Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (ДВ бр. 70/2026 г.).

9. Експертиза на резултатите:

Съгласно §1, т. 1 буква „б“ и буква „в“ от ДР на ЗЕВИ полученият резултат за съдържание на биогориво в автомобилен бензин е 9,8% обемни, в това число: 8,2% обемни биоетанол и 1,6% обемни етери, произведени от биомаса, изчислени като биогориво.

Полученият резултат за съдържание на биогориво в автомобилен бензин съответства на изискването на ЗЕВИ за минимално съдържание от 9% обемни.

10. Заключение:

Течното гориво **Автомобилен бензин, RON 95** по изпитания показател и получения резултат **съответства** на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво, съгласно чл. 47, ал. 1, т. 7 и ал. 4 от Закон за енергията от възобновяеми източници.

инж. ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА
гл. директор на ГД ККТГ

Съгласувал:

НИНА ГАНЕЦОВСКА

За началник на отдел КМ

съгл. Заповед №2010-664/31.08.2026 г.

Изготвил:

инж. НАДЕЛИНА ДЖУПАНОВА

гл. експерт в отдел КМ





ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА"

ФК 7.8-1



ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ
НА ГОРИВА, СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ПРИСАДКИ

Сектор „Подвижна лаборатория – Плевен“, гр. Плевен, 5800, ул. „Дойран“ № 27 и автомобил Опел Мовано, рег. № СА 2529 ВС

Лабораторията е акредитирана от ИА БСА
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018
Сертификат за акредитация рег. № 35 ЛН/27.02.2026 г.
валиден до 30.10.2028 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ Р-0034-1 / 25.09.2026 г.

1. **Бензин, несъдържащ олово**
(Автомобилен бензин, RON 95)
/наименование на продукта – марка, вид и др./
2. **Заявител на изпитването:** отдел „Контролно-методичен“, ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ № 2,
заявка № Р-34 / 25.09.2026 г.
/наименование и адрес на заявителя, номер и дата на заявката/
3. **БДС EN ISO 12185:2024, БДС EN ISO 20884:2020, ASTM D6277-07(2022), ASTM D 7345-23, БДС EN 13016-1:2024, ASTM D5845-21, ASTM D5845-21**
/стандартизационен или нормативен документ и номер на офис, където е приложим/
4. **Дата на получаване на пробата**
за изпитване в лабораторията: 25.09.2026 г.
5. **Количество на изпитваната проба:** 1 X 0,8 L
Пробата е предоставена за изпитване в метален съд със запечатана гърловина, пломбирана с
еднократна пломба ГД ККТГ № 118020, взета съгласно протокол В-0108 / 23.09.2026 г.
/допълнителна информация – номер, дата на протокол за вземане на проба и др./
6. **Дата на извършване на изпитването:** от 25.09.2026 г. до 25.09.2026 г.



инж. Г. Панчев

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:.....

инж. К. Георгиев

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	№ на пробата по входящ - изходящ дневник	Резултати от изпитване (стойност, Неопределеност, $\kappa=2;95\%$)	Стойност и допуск на показателя и нормативен документ	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
Плътност при 15 °C	-	БДС EN ISO 12185:2024	57	767,4 ± 0,4	ДВ бр. 40/2025 г. 720,0÷775,0	-
Съдържание на сяра	mg/kg	БДС EN ISO 20884:2020		под 5,0	ДВ бр. 40/2025 г. max. 10,0	SK L ₂₃ 0,5373 nm
Съдържание на бензен	% (V/V)	ASTM D6277-07(2022)		0,5 ± 0,1	ДВ бр. 40/2025 г. max. 1,0	P атм 100,8 кПа 22 °C RH 38,5 %rh
Дестилационни характеристики: - при 100 °C се изпаряват - при 150 °C се изпаряват - край на кипене, FBP - остатък от дестилация	%(V/V); %(V/V); °C; %(V/V)	ASTM D 7345-23		51,6 ± 0,5 80,9 ± 0,7 202,2 ± 0,8 1,2 ± 0,1	ДВ бр. 40/2025 г. клас А 46,0÷72,0 min. 75,0 max. 210 max. 2	P атм 100,8 кПа
Налягане на парите	кПа	БДС EN 13016-1:2024		55,6 ± 0,5	ДВ бр. 40/2025 г. клас А min.45,0 max.60,0	P атм 100,8 кПа 22 °C RH 38,5 %rh
Съдържание на кислород	%(m/m)	ASTM D5845-21		3,5 ± 0,1	ДВ бр. 40/2025 г. max. 3,7	P атм 100,8 кПа 22 °C RH 38,5 %rh
Съдържание на кислородсъдържащи съединения: -метанол -глицерин бутилов алкохол -естери с пет и повече въглеродни атома -етанол -МГБЕ -ЕГБЕ	%(V/V)	ASTM D5845-21		под 1,7 под 1,6 3,4 ± 0,5 8,2 ± 0,5 под 2,0 3,4 ± 0,5	ДВ бр. 40/2025 г. max. 3,0 max. 15,0 max. 22,0 ЗЕВИ ДВ бр.70/04.08.2026 г.	P атм 100,8 кПа 22 °C RH 38,5 %rh

Забележки:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

Лабораторията не носи отговорност за данните и информацията, предоставени от клиента, които могат да повлияят на валидността на резултатите от изпитване.

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО:

Пр. Пеев




инж. Г. Панчев

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

инж. К. Георгиев

Край



Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

Ф-ВП-ККТГ-05.01-28

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
за съответствие на течно гориво с изискванията за качество

№ЕЗ-0729/25.09.2026 г.

1. Вид течно гориво: Гориво за дизелови двигатели.
2. Проверен обект: Бензиностанция „Топливо 3925 Варна Владиславово“ №3925 в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. „Янко Мустаков“.
3. Лице, разпространяващо течното гориво: „ТОПЛИВО“ АД, ЕИК 831924394.
4. Протокол за проверка и вземане на проба №В-0108/23.09.2026 г. на ГД ККТГ.
5. Декларация за съответствие: №47/22.08.2026 г., издадена от „Топливо“ АД.
6. Заявка за изпитване в подвижна лаборатория №Р-34/25.09.2026 г.
7. Протокол от изпитване в подвижна лаборатория №Р-0034-2/25.09.2026 г. на ЛИ ГСМП – ГД ККТГ, ДАМТН; Сертификат за акредитация от ИА БСА, рег. №35 ЛИ/27.02.2026 г., валиден до 30.10.2028 г.
8. Изисквания по: Чл. 6, т. 2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (НИКТГУРНТК) (изм. и доп. ДВ бр. 40/2025 г.), Приложение №2.

9. Експертиза на резултатите:

Получените резултати от изпитването на течното гориво за дизелови двигатели са в допустимите гранични стойности, съгласно Приложение №2 от НИКТГУРНТК.

10. Заключение:

Течното гориво за дизелови двигатели по изпитаните показатели и получените резултати **съответства** на изискванията за качество съгласно Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол – Приложение №2.

Това Експертно заключение се издава на основание чл. 30б, ал. 1, т. 7 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (изм. и доп. ДВ бр. 55/2026 г.), във връзка с чл. 22, ал. 4 от НИКТГУРНТК.

инж. ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА
гл. директор на ГД ККТГ

Съгласувал:

НИНА ГАНЕЦОВСКА

За началник на отдел КМ

съгл. Заповед №2010-664/31.08.2026 г.

Изготвил:

инж. НАДЕЛИНА ДЖУПАНОВА

гл. експерт в отдел КМ





Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

Ф-ВП-ККТГ-05.01-29

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
за съдържание на биогориво в течно гориво

№ЕЗ-0729-Б/25.09.2026 г.

1. Вид течно гориво: Гориво за дизелови двигатели.
2. Проверен обект: Бензиностанция „Топливо 3925 Варна Владиславово“ №3925 в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. „Янко Мустаков“.
3. Лице, разпространяващо течното гориво: „ТОПЛИВО“ АД, ЕИК 831924394.
4. Протокол за проверка и вземане на проба №В-0108/23.09.2026 г. на ГД ККТГ.
5. Декларация за съответствие: №47/22.08.2026 г., издадена от „Топливо“ АД.
6. Заявка за изпитване в подвижна лаборатория №Р-34/25.09.2026 г.
7. Протокол от изпитване в подвижна лаборатория №Р-0034-2/25.09.2026 г. на ЛИ ГСМП – ГД ККТГ, ДАМТН; Сертификат за акредитация от ИА БСА, рег. №35 ЛИ/27.02.2026 г., валиден до 30.10.2028 г.
8. Изисквания по: Чл. 47, ал. 1, т. 6 и ал. 4 от Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (ДВ бр. 70/2026 г.).
9. Експертиза на резултатите:

По изпитания показател и получения резултат, продуктът съответства на изискването на ЗЕВИ за минимално съдържание на биодизел в гориво за дизелови двигатели от 6% обемни.

10. Заключение:

Течното гориво за дизелови двигатели по изпитания показател и получения резултат **съответства** на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво съгл. чл. 47, ал. 1, т. 6 и ал. 4 от Закон за енергията от възобновяеми източници.

инж. ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА

гл. директор на ГД ККТГ

Съгласувал:

НИНА ГАНЕЦОВСКА

За началник на отдел КМ

съгл. Заповед №2010-664/31.08.2026 г.

Изготвил:

инж. НАДЕЛИНА ДЖУПАНОВА

гл. експерт в отдел КМ





ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА"

ФК 7.8-1



ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ
НА ГОРИВА, СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ПРИСАДКИ

Сектор „Подвижна лаборатория – Плевен“, гр. Плевен, 5800, ул. „Дойран“ № 27 и автомобил Опел Мовано, рег. № СА 2529 ВС

Лабораторията е акредитирана от ИА БСА
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018
Сертификат за акредитация рег. № 35 ЛИ/27.02.2026 г.
валиден до 30.10.2028 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ Р-0034-2 / 25.09.2026 г.

1. Гориво за дизелови двигатели

/наименование на продукта – марка, вид и др./

2. Заявител на изпитването: отдел „Контролно-методичен“, ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ № 2,
заявка № Р-34 / 25.09.2026 г.

/наименование и адрес на заявителя, номер и дата на заявката/

3. МИ 4/07:2007, БДС EN ISO 12185:2024, БДС EN ISO 20884:2020, БДС EN ISO 2719:2026,
ASTM D 7345-23, ASTM D7861-26

/стандартизационен или нормативен документ и номер на офис, където е приложим/

4. Дата на получаване на пробата
за изпитване в лабораторията: 25.09.2026 г.

5. Количество на изпитваната проба: 1 X 0,8 L

Пробата е предоставена за изпитване в метален съд със запечатана гърловина, пломбирана с
еднократна пломба ГД ККТГ № 118021, взета съгласно протокол В-0108 / 23.09.2026 г.

/допълнителна информация – номер, дата на протокол за вземане на проба и др./

6. Дата на извършване на изпитването: от 25.09.2026 г. до 25.09.2026 г.



НАЧАЛНИК СЕКТОР:

инж. Г. Панчев

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

инж. К. Георгиев

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	№ на пробата по входящ - изходящ дневник	Резултати от изпитване (стойност, Неопределеност, $k=2;95\%$)	Стойност и допуск на показателя и нормативен документ	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
Цетаново число	-	МИ 4/07:2007	58	$53,2 \pm 0,1$	ДВ бр. 40/2025 г. min. 51,0	P атм 100,8 кПа 22 °C RH 38,5 %rh
Плътност при 15 °C	kg/m ³	БДС EN ISO 12185:2024		$843,5 \pm 0,4$	ДВ бр. 40/2025 г. Ниво А 820,0+845,0	-
Съдържание на сяра	mg/kg	БДС EN ISO 20884:2020		$5,8 \pm 0,8$	ДВ бр. 40/2025 г. max. 10,0	SK L230,5373 nm
Пламна температура в затворен тигел	°C	БДС EN ISO 2719:2026		$58,0 \pm 0,9$	ДВ бр. 40/2025 г. над 55,0	Електрическа запалка P атм 100,8 кПа
Дестилационни характеристики: - % (V/V) дестилирани до 250 °C - % (V/V) дестилирани до 350 °C - 95 % (V/V) дестилирани до	% (V/V); % (V/V); °C	ASTM D 7345-23		$36,4 \pm 0,6$ $94,8 \pm 0,8$ $350,7 \pm 0,8$	ДВ бр. 40/2025 г. < 65 min 85 max 360	P атм 100,8 кПа
Съдържание на метилови естери на мастните киселини (FAME)	% (V/V)	ASTM D7861-26		$6,6 \pm 0,5$	ДВ бр. 40/2025 г. max. 10,0 ЗЕВИ ДВ бр. 70/04.08.2026г. min 6,0	P атм 100,8 кПа 22 °C RH 38,5 %rh

Забележки:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

Лабораторията не носи отговорност за данните и информацията, предоставени от клиента, които могат да повлияят на валидността на резултатите от изпитване.

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО:

Пр. Пеев




РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

инж. Г. Панчев

инж. К. Георгиев

Край